

S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman
Tel / fax 0247453870



Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009
Nr. operator de date cu caracter personal 14354

SCRISOARE DE INTENTIE

S.C Spitalul Orasenesc S.R.L Videle, intentioneaza sa achizitioneze, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016; H.G nr. 395/2016: urmatorul serviciu:

-“ Serviciu de mentenanta si reparatii accidentale aparatura medicala radiologie/ 2019”

Cod CPV 50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)

Locatia/Amplasament: str. Sos. Pitesti, nr. 54, Videle, jud. Teleorman.

- **Cantitatea = 8 Lot uri.**
- **Durata contractului: 12.06.2019 - 11.06.2020;**
- **Valoare Totala (Estimata) Achizitie = 16440.00 Lei (fara TVA).**

**Se vor elibera buletine de verificare conform legislatiei in vigoare*

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra , oferta care trebuie sa contina urmatoarele documente :

- oferta tehnica;
- oferta financiara.
- alte documente relevante si autorizari specifice activitatii

• Ofertele se vor transmite pe adresa : Spitalul Orasenesc SRL Videle, str. Sos. Pitesti, nr. 54, Videle, jud. Teleorman, e-mail: office@spitalvidele.ro; achizitii@spitalvidele.ro, sau la fax : +40 247453299.

Termenul limita de depunere al ofertei este pana la data de **12.06.2019** orele **10:00**.

Procedura de atribuire : “**Achizitie directa**” .

Criteriul de atribuire : “**Pretul cel mai scazut**” .

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra.

Informatii suplimentare puteti solicita la sediul SC Spitalul Orasenesc SRL Videle, str. Soseaua Pitesti, nr. 54, jud.Teleorman, Serviciul Achizitii Publice sau la adresa de e-mail : achizitii@spitalvidele.ro

Persoana de contact : *Barbalau Alexandru* .
Speram intr-o colaborare viitoare !

Cu consideratie ,

Director General
Jr. Mândreanu Ionica



Achizitii Publice,
Bărbălu Alexandru

S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman

Tel / fax 0247453870

Tel : 0247454111; 0247453299

Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009



APROBAT,
Director General
Jr. Mândreanu Ionica



CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. **Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.**

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii inferioare celor solicitate în Caietul de sarcini va fi declarată ca fiind neconformă și va fi respinsă.

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie prestarea de servicii de **mentenanta și reparatii accidentale aparatura medicala radiologie**, conform prezentării de mai jos.

Date privind achizitorul

Spitalul Orasenesc SRL Videle, cu sediul în Videle, str. Sos. Pitesti, nr. 54, jud. Teleorman, tel. +40247453299; e-mail: achizitii@spitalvidele.ro.

1. Obiectul achiziției:

Achiziționarea de servicii de **mentenanta și reparatii accidentale aparatura medicala radiologie** în calitate de achizitor pentru aparatura medicală radiologie, aparținând S.C Spitalul Orasenesc SRL Videle.

Denumirea: S.C Spitalul Orasenesc SRL Videle, cu sediul în Videle, str. Sos. Pitesti, nr. 54, jud. Teleorman, servicii de **mentenanta și reparatii accidentale aparatura medicala radiologie**, cod CPV 50421200-4 (Rev.2), pentru o perioadă de 12 luni (mai. 2018- apr.2019).

Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea, cu prestatorul de servicii a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, a unui acord-cadru valabil pe o perioadă de 12 luni, în vederea asigurării funcționalității aparaturii din Anexa la Caietul de sarcini, la parametrii proiectați.

2. Scopul achiziției:

Achiziționarea de servicii de **mentenanta și reparatii accidentale aparatura medicala**

radiologie în anexa nr.1, de la un prestator autorizat CNCAN, prin încheierea unui contract de

prestari servicii în condiții economice avantajoase.

3. Obligatii tehnice asumate de catre prestator

Ofertantul urmeaza sa intretinasi/sau sa repare componente ale aparaturii medicale de radiologie ce apartin beneficiarului, compusa la data prezentului caiet de sarcini, conform tabelului prezentat in Anexa. Toate echipamentele se afla montate in incinta spitalului intr-o cladire cu parter si patru nivele.

Serviciile de mentenanta vor fi prestate in intervalul orar 09:00 - 15:30.

Serviciile de intretinere și reparatii a echipamentului medical se fac în conformitate cu Ordinul Nr.44/ 2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităților de tehnică medicală, cu modificările și completările ulterioare.

Intreținerea tehnica se va executa trimestrial sub forma reviziilor tehnice periodice conform legii, cu întocmirea unui raport scris.

Activitatea de service presupune remedierea defectiunilor accidentale constatate la reviziile periodice sau la solicitarea beneficiarului.

Solicitarea se face de catre personalul medical care utilizeaza aparatul medical. Solicitarea se poate face telefonic sau prin fax. Timpul de răspuns al prestatorului este de maxim 24 de ore din momentul primirii solicitarii.

Dupa fiecare interventie prestatorul este obligat sa prezinte Serviciului Achiziții Publice – raportul de efectuare a interventiei care cuprinde lucrarile ce au fost efectuate si daca este cazul piesele ce trebuiesc înlocuite, semnat de seful serviciului aparatura medicala.

Intretinerea va cuprinde cel puțin următoarele servicii:

- evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare;
- verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
- emiterea unui raport de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma examinărilor și testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale cerințelor esențiale de securitate sau performanță se situează în apropierea limitelor specificate admise;
- emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat.
- verificarea functionarii normale si in siguranta a dispozitivelor medicale
- reglaje si testari mecanice si electrice
- verificarea aparaturii din punct de vedere al electrosecurității

Pentru piesele de schimb, prestatorul va întocmi o fisa de constatare a defectiunii echipamentului ;

Mentenanta echipamentelor va fi efectuata în conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare ;

Garantia subansamblelor inlocuite – garantia producatorului.

In cazul unor depanari de echipamente, lucrarea se factureaza pe baza de deviz postcalcul

numai pentru piesele si materialele utilizate pentru reparatia respectiva, manopera fiind acoperita prin contractul de service care urmeaza a fi incheiat, indiferent de complexitatea reparatiilor;

Preturile materialelor aferente reparatiilor vor fi avizate de catre beneficiar inainte de

efectuarea reparatiei respective.

5. Modalitati de plata

Beneficiarul efectueaza decontarea serviciilor prestate in baza facturii emise de prestator, in cel mult 60 zile de la data emiterii facturii.

Plata se face cu ordin de plata. Pentru nerespectarea obligatiilor de plata asumate prin contract, beneficiarul datoreaza prestatorului, de la data scadentei, penalitati de 0,036 % din valoarea sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere. Daca prestatorul nu isi onoreaza obligatiile stipulate in prezentul contract, beneficiarul nu va achita contravaloarea prestarii pe luna in cauza.

6. Criteriul de atribuire a contractului:

Criteriul de atribuire este: „in mod exclusiv prețul cel mai scăzut”

7. Considerații generale obligatorii pentru ofertanți:

Activitatea se va contracta numai cu o societate cu obiect de activitate adecvat procedurii;
Să răspundă la solicitările achizitorului;

Să stabilească un punct de contact pentru informarea clientilor cu privire la drepturile si obligatiile acestora, la legislatia în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unui diferend

Să precizeze în propunerea tehnica modalitatea de soluționare a eventualelor solicitări de remediere a avariilor (nr. telefon, persoana de contact) precum și durata de soluționare a acestor solicitări.

Un singur ofertant poate fi desemnat câștigător al contractului, ofertantul care va avea prețul total cel mai scăzut.

Calitatea service-ului prestat va asigura functionarea aparaturii medicale la parametrii proiectati și în condiții corespunzătoare.

Nu se vor accepta lucrari care nu corespund cerințelor autorității contractante.

Oferta de preț va fi în lei, fără TVA.

Ofertantul este obligat să ofere descrierea detaliată a prețului total, fără TVA. Oferta financiara se va face obligatoriu pentru totalitatea aparaturii prezentate in anexa la prezentul caiet de sarcini. Nu se accepta oferte alternative. Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea prestarii serviciilor, cad în sarcina furnizorului.

Plata se va face cu OP în termen de minim 60 de zile de la emiterea facturii.

Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achiziție, oricând și oricui, orice detalii, specificații sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.

8. Durata acordului cadru/ contract:

Acordul cadru se va încheia pe o perioada de 12 luni de la data atribuirii

Director Financiar contabil,
Ec. Moncea-Zlate Florentina

Achizitii Publice
Barbalan Alex.

la Referat achizitie.

Anexa 1
Lista echipamentelor

Nr. crt	DENUMIRE ECHIPAMENT	Nr buc	Pret total lei/luna	Pret total lei /12 luni	Revizii tehnice 12 luni	Eliberare Buletin de verificare
LOT nr. 1						
1	Echip Rx tip MERCURY 332	1	240	2880	2	2
2	Echip Rx, tip VIZITOR AR-30	1	200	2400	2	2
LOT nr. 2						
1	Aparat anestezie OMEGA I	3	60	2160	2	
2	Monitor respiratie MAGTRAK IV	3	17	612	2	
3	MAGTRACK (ventilator) S/N:SD300	3	20	720	2	
4	OMEGA 1 (ventilator) S/N:06459097	1	20	240	2	
5	OMEGA 1 (ventilator) S/N:06439097	1	20	240	2	
6	OMEGA 1 (ventilator) S/N:06449097	1	20	240	2	
7	OMEGA 2000/S Lung (ventilator) S	3	20	720		
LOT nr. 3						
1	Seringa automata SP 12 S Pro	4	12	576	2	
LOT nr. 4						
1	Defi Monitor PRIMEDIC	1	18	216	2	
2	Monitor pacient FOCUS	2	15	360		
3	Monitor pacient MEC 2000	1	15	180		
LOT nr. 5						
1	ECOGRAF Mindray DC7 S/N:MX-9A000183	1	20	240	2	
LOT nr. 6						
1	Aparat fizioterapie BTL 06	1	20	240	2	
2	Aparat unde scurte BTL 20	1	20	240	2	
3	ATM 21 Sr. D227/2012	1	20	240	2	
4	ATM 31baie galvanica	1	20	240	2	
5	BTL 09 magnetoterapie S/N:0091415/2005	1	20	240	2	
6	BTL 06 S/N:99-0060995/1999	1	20	240	2	
7	BTL 07 S/N:99-0170261/1999	2	20	480	2	

8	BTL 17 07P S/N:0170672/2001	1	20	240	2	
9	BTL 20 S/N:C00176/2005	1	20	240	2	
10	COSMO GAMMA US13 S/N:US041094/2014 F7454	2	20	480	2	
11	ATM 31 S/N:D395/2008	1	20	240	2	
	LOT nr. 7					
1	OHIO CAGE PLUS (incubator) S/N:HCDJ51059	1	20	240	2	
2	VICKERS MEDICAL (incubator) S/N:140-2050	1	20	240	2	
	LOT nr. 8					
1	Electrocauter EXCELL 250 MCD F.S	3	20	720	2	
2	ENDOMED 684 Vacum	1	20	240		
3	PULSOXIMETER PM-50	1	8	96		
	TOTAL GENERAL LEI (fara TVA)			16440		

1. Instalatie radiologica fixa de roentgendiagnostic, cu un post scopie-grafie-tomografie, tip MERCURY 332

- parametrii maximi: - inalta tensiune radiogena: 150 kV;
- intensitatea curentului prin tubul radiogen: 800 mA;
- pupitrul de comanda, model: 8368876900;
- generator de inalta tensiune, model: 4695305000;
- cupola tip: C52 SUPER;
- tub Rx, tip: RTM 101 H;
- seriograf, model: 8618000600;
- masa basculanta, model:9768004303;
- dispozitiv de diafragmare, model: 86110026;
- intensificator de imagine, model: 8716520300;
- monitor: NF 17F6AABB;
- sistem de control al dozei pacientului tip KERMAX;
- an de fabricatie: 2004;
- producator: VILLA SISTEMI MEDICALI – ITALIA.

**Director Financiar contabil,
Ec. Moncea-Zlate Florentina**



**Achizitii Publice
Barbalau Alex.**

